

# BonAlive<sup>®</sup> putty

MIS

0,25 cc  
pro Hub



## Kontrollierter Zugang und Dosierung

- Einweg Handgriff
- Vorgefüllte Kartuschen
- 5 cc hervorragend formbares BonAlive<sup>®</sup> putty
- Osteostimulativ\* und osteokonduktiv

## Indikation

- Füllung von Knochenkavitäten und -spalten

\*nicht-osteinduktiv



**BonAlive Biomaterials Ltd**

Biolinja 12, Turku 20750, Finland

Tel. +358 401 77 44 00

orders@bonalive.com | www.bonalive.com

## Produktinformation

Art. Nr.	BonAlive® putty MIS
18100	Vorgefüllte Kartusche mit 1 x 5 cc und Einweg Handgriff
18131	Vorgefüllte Kartusche mit 1 x 5 cc